Frischen Harn in einem Gefäß sammeln. Einen Teststreifen abreißen. Das Indikatorfeld nicht berühren. Indikatorfeld 1 Sekunde in den Harn tauchen und wieder herausziehen. Je nach pH-Wert verändert das Indikatorfeld seine Farbe oder bleibt gleich. Innerhalb von 2 Minuten mit der Farbskala vergleichen. Wert ablesen, der der Farbe des Teststreifens am nächsten kommt (Ablesegenauigkeit ± 0,1 pH).

Hinweise: Benutzte Teststreifen in den Hausmüll geben. Bei Unklarheiten über die Funktion und die Bewertung bitte fachkundigen Rat einholen (Funktionstest nur mit handelsüblichen pH-Pufferlösungen). Die Brauchbarkeit unbenutzter Teststreifen wird durch etwaige Verfärbungen nicht beeinträchtigt.

5,6	5,9	6,2	6,5	6,8	7,0	7,2	7,4	7,7	8,0